

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:

**Dodávka Centrální monitorovací
stanice a Kardiokardigrafu s telemetrií
pro MMN a.s.**
Z2022-018624

Identifikační číslo zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli

Název:
Sídlo:
IČO:
Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:

MMN a.s.
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
05421888
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel tímto poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU ZADAVATELE 1

Zadavatel rozhodl o změně ve Svazku 1 - příloze 2 – Formulář technická specifikace kardiokardigraf s telemetrií.

Zadavatel mění původní znění požadavku na řádku 22 tabulky: „K přístroji se musí dát připojit bezkontaktní teploměr“ na nové a pro zpracování nabídky závazné znění požadavku: „K přístroji se musí dát připojit kontaktní teploměr“.

Zadavatel dále mění původní znění požadavku na řádku 46 tabulky „Dobíjení snímacích jednotek musí být pomocí bezkontaktního dobíjecího modulu, který je součástí dokovací stanice“ na nové a pro zpracování nabídky závazné znění požadavku: „Dobíjení snímacích jednotek musí být pomocí bezdrátového dobíjecího modulu, který je součástí dokovací stanice“.

V souvislosti s výše uvedenou změnou zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nový upravený a pro zpracování nabídky závazný Formulář technická specifikace kardiokardigraf s telemetrií (soubor nazvaný Svazek 1 - příloha 2 – Formulář technická specifikace kardiokardigraf s telemetrií_rev1). Přiložený Formulář technická specifikace kardiokardigraf s telemetrií nahrazuje původní Formulář technická specifikace kardiokardigraf s telemetrií zveřejněný na profilu zadavatele.

Ostatní části zadávací dokumentace se tímto Vysvětlením zadávací dokumentace nemění.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Z důvodu změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **04. 07. 2022** Čas: **10:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **04. 07. 2022** Čas: **10:01 hodin**

Přílohy:

Svazek 1 - příloha 2 – Formulář technická specifikace kardiokardigraf s telemetrií_rev1