

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:

**Dodávka Hybridní scintilační
gamakamery (SPECT/CT) pro MMN a.s.**
Z2022-019231

Identifikační číslo zakázky:

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

MMN a.s.

Sídlo:

Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

IČO:

05421888

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na dodávky

Forma zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel tímto poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Zadavatel vypouští z návrhu Servisní smlouvy, článku II. Předmět smlouvy, odst. 2, druhá odrážka následující část ustanovení: „.... a zkoušky provozní stálosti, v intervalu ... měsíců (doplň zadavatel dle doporučení SÚJB a výrobce)“

Po této úpravě ustanovení v návrhu Servisní smlouvy, článku II. Předmět smlouvy, odst. 2, druhá odrážka zní takto:

„preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu, v intervalu ... měsíců (doplň dodavatel, dle doporučení výrobce);“

V příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje nový upravený a pro podání nabídek závazný návrh Servisní smlouvy (revize 2), který tímto nahrazuje předchozí verzi návrhu Servisní smlouvy zveřejněnou na profilu zadavatele. Změnu vyplývající z této odpovědi zadavatel do upraveného a pro podání nabídek závazného návrhu Servisní smlouvy (revize 2) zapracoval.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **02. 08. 2022** Čas: **10:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **02. 08. 2022** Čas: **10:01 hodin**

Přílohy:

SVAZEK 3a - Návrh servisní smlouvy SPECT_CT_rev2