

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Název veřejné zakázky:	Dodávka monitorů pro MMN a.s.
Identifikační číslo zakázky:	Z2022-050689
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	MMN, a. s.
Sídlo:	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO:	05421888
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel níže poskytuje vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace:

Dotaz č.1

Zadavatel požaduje v technické specifikaci v příloze Svazek 3 - příloha 2_Formulář_techická_specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev1_NOVA v části 1/ Interna JIP - monitorovací systém/telemetrická jednotka EKG splnění parametru: TFT barevný dotykový displej, minimálně 5 ". Parametr hodnocený typu B. Účastník se domnívá, že označení minimálně 5 " je z klinických a praktických důvodů pro telemetrickou jednotku neobvyklé, neboť umožňuje nabídnout telemetrickou jednotku s displejem o mnoho větším, než je 5". Účastník má za to, že displej u telemetrické jednotky, která je transportní, by měl být z praktických důvodů co nejmenší a z toho důvodu by definice jeho velikosti v technické specifikaci měla být spíše opačná, a to maximálně 5". Účastník předpokládá a domnívá se, že se jedná o administrativní chybu v technické specifikaci. Je tento předpoklad účastníka správný? Umožní zadavatel účastníkovi nabídnout telemetrickou jednotku, která má TFT barevný dotykový displej o velikosti 3,5"?

Odpověď č.1

Zadavatel prověřil aktuálně platnou verzi dokumentu „Svazek 3 - příloha 2_Formulář_techická_specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev1“ a zjistil, že při úpravě dotčeného dokumentu došlo k administrativní chybě při přepisu některých technických parametrů. Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným poskytuje účastníkům řízení nový a pro zpracování nabídky závazný dokument „Svazek 3 - příloha 2_Formulář_techická_specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev2“ – viz. INFORMACE KE ZMĚNĚ TECHNICKÉ SPECIFIKACE uvedená níže.

Dotaz č.2

Zadavatel požaduje v technické specifikaci v příloze Svazek 3 - příloha 2_Formulář_techická_specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev1_NOVA v části 1/ Interna JIP - monitorovací systém/ 1 ks centrální stanice splnění parametru: prohlížení událostí alarmů – parametrů, minimálně 1000 událostí včetně minimálně 15 s křivek před a po alarmu. Zadavatel označil tento požadovaný parametr jako Hodnocený typu B, je popisovaný v jednom řádku jako jeden celek, ale s hodnocením dvou kritérií tohoto parametru. Účastník předpokládá, že se jedná o administrativní chybu a žádá zadavatele o opravu rozdělením na dva samostatně hodnotící parametry. Je tento předpoklad účastníka správný?

Odpověď č.2

Zadavatel prověřil aktuálně platnou verzi dokumentu „Svazek 3 - příloha 2_Formulář_techická_specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev1“ a zjistil, že při úpravě dotčeného dokumentu došlo k administrativní chybě při přepisu některých technických parametrů.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným poskytuje účastníkům řízení nový a pro zpracování nabídky závazný dokument „Svazek 3 - příloha 2_Formulář technická specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev2“ – viz. INFORMACE KE ZMĚNĚ TECHNICKÉ SPECIFIKACE uvedená níže.

Dotaz č.3

Zadavatel požaduje v technické specifikaci v příloze Svazek 3 - příloha 2_Formulář technická specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev1_NOVA v části 2/Ortopedie/ 1 ks centrální stanice splnění parametru: prohlížení událostí alarmů – parametrů, minimálně 1000 událostí včetně minimálně 15 s křivek před a po alarmu. Zadavatel označil tento požadovaný parametr jako Hodnocený typu B, je popisovaný v jednom řádku jako jeden celek, ale s hodnocením dvou kritérií tohoto parametru. Účastník předpokládá, že se jedná o administrativní chybu a žádá zadavatele o opravu rozdělením na dva samostatně hodnotící parametry. Je tento předpoklad účastníka správný?

Odpověď č.3

Zadavatel prověřil aktuálně platnou verzi dokumentu „Svazek 3 - příloha 2_Formulář technická specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev1“ a zjistil, že při úpravě dotčeného dokumentu došlo k administrativní chybě při přepisu některých technických parametrů.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným poskytuje účastníkům řízení nový a pro zpracování nabídky závazný dokument „Svazek 3 - příloha 2_Formulář technická specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev2“ – viz. INFORMACE KE ZMĚNĚ TECHNICKÉ SPECIFIKACE uvedená níže.

Dotaz č.4

Zadavatel požaduje v technické specifikaci v příloze Svazek 3 - příloha 2_Formulář technická specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev1_NOVA v části 3/Urgentní příjem/ 1 ks centrální stanice splnění parametru: prohlížení událostí alarmů – parametrů, minimálně 1000 událostí včetně minimálně 15 s křivek před a po alarmu. Zadavatel označil tento požadovaný parametr jako Hodnocený typu B, je popisovaný v jednom řádku jako jeden celek, ale s hodnocením dvou kritérií tohoto parametru. Účastník předpokládá, že se jedná o administrativní chybu a žádá zadavatele o opravu rozdělením na dva samostatně hodnotící parametry. Je tento předpoklad účastníka správný?

Odpověď č.4

Zadavatel prověřil aktuálně platnou verzi dokumentu „Svazek 3 - příloha 2_Formulář technická specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev1“ a zjistil, že při úpravě dotčeného dokumentu došlo k administrativní chybě při přepisu některých technických parametrů.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným poskytuje účastníkům řízení nový a pro zpracování nabídky závazný dokument „Svazek 3 - příloha 2_Formulář technická specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev2“ – viz. INFORMACE KE ZMĚNĚ TECHNICKÉ SPECIFIKACE uvedená níže.

INFORMACE KE ZMĚNĚ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Zadavatel upravil dokument „Svazek 3 – Příloha č. 2 – Technické parametry poptávaného zařízení (Technická specifikace, kterou zadavatel předložil v zadávací dokumentaci). Tato nová upravená příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 označená „Svazek 3 - příloha 2_Formulář technická specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev2“ je závazná pro zpracování nabídky.

Předchozí verze dokumentu „Svazek 3 – Příloha č. 2 – Technické parametry poptávaného zařízení (Technická specifikace, kterou zadavatel předložil v zadávací dokumentaci)“ se tímto stávají neplatnými.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

Bod IV.2.7) nově

Datum: **23.2. 2023** Čas: **10:00** hodin

Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **23. 2. 2023** Čas: **10:01** hodin

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

Příloha:

Svazek 3 - příloha 2_Formulář_techická_specifikace centrální monitorace a patientské monitory_rev2