

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Název veřejné zakázky:	Dodávka systémových operačních stolů pro MMN a. s.
Identifikační číslo zakázky:	Z2022-051252
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	MMN, a. s.
Sídlo:	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO:	05421888
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel níže poskytuje vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace:

DOTAZ 1

Zadavatel požaduje maximální šířku operační desky 59cm. Může uchazeč nabídnout šířku operační desky 60cm?

ODPOVĚĎ 1

Účastník řízení může nabídnout šířku operační desky 60 cm. Zadavatel upravil požadavek na příslušný parametr v technické specifikaci – viz bod níže ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE.

DOTAZ 2

Zadavatel požaduje polohování zádové části operační desky alespoň 90°/90°

Může uchazeč nabídnout u systémové operační desky parametr pro horní zádový díl +90°/-55°?

ODPOVĚĎ 2

Účastník řízení může nabídnout u systémové operační desky parametr pro horní zádový díl +90°/-55°. Zadavatel upravil požadavek na příslušný parametr v technické specifikaci – viz bod níže ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE.

DOTAZ 3

Zadavatel požaduje 4 ks hlavového dílu, přestože požaduje pouze 3 systémové desky

Může uchazeč nabídnout ke třem systémovým deskám pouze 3 segmenty hlavy?

ODPOVĚĎ 3

Účastník řízení může nabídnout ke třem systémovým deskám pouze 3 segmenty hlavy. Zadavatel upravil požadavek na příslušný parametr v technické specifikaci – viz bod níže ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE.

DOTAZ 4

Zadavatel požaduje 6 ks zádového prodlužovacího dílu, ke třem systémovým deskám

Může uchazeč nabídnout 3 prodlužovací zádové díly ke třem operačním deskám?

ODPOVĚĎ 4

Účastník řízení může nabídnout 3 prodlužovací zádové díly ke třem operačním deskám. Zadavatel upravil požadavek na příslušný parametr v technické specifikaci – viz bod níže ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE.

DOTAZ 5

V souvislosti s blížícím se termínem pro podání nabídek bychom se rádi zeptali, zda dojde k uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, jak bylo avizováno v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, nebo má zadavatel zpracovat nabídku dle parametrů uvedených v aktuálně uveřejněných dokumentech na profilu zadavatele?

ODPOVĚĎ 5

Zadavatel upravil dokument Svazek 3 – Příloha č. 2 – Technické parametry poptávaného zařízení – viz bod níže ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE.

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Zadavatel upravil dokument Svazek 3 – Příloha č. 2 – Technické parametry poptávaného zařízení (Technická specifikace, kterou zadavatel předložil v zadávací dokumentaci). Tato nová upravená příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 je závazná pro zpracování nabídky. Původní technická specifikace „Svazek 3 – Příloha č. 2 – Technické parametry poptávaného zařízení (Technická specifikace, kterou zadavatel předložil v zadávací dokumentaci)“ se tímto stává neplatnou.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 9. 3. 2023 Čas: 10:00 hodin
Bod IV.2.7) nově	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 9. 3. 2023 Čas: 10:01 hodin

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

Příloha:

Svazek 3 - příloha 2_Formulář_technická_specifikace_operální stůl_rev1