

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3

Název veřejné zakázky:	Dodávka centrální monitorace a monitorů pro oddělení ARO pro MMN a. s.
Identifikační číslo zakázky:	Z2022-050687
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	MMN, a. s.
Sídlo:	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO:	05421888
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel níže poskytuje vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace:

DOTAZ 1

V příloze č. 3 Technická specifikace zadavatel požaduje: barevný dotykový displej minimálně 18" s full HD rozlišením (1920 x 1080) a s automatickým nastavením jasu při zobrazení minimálně 12 křivek současně s číselnými údaji monitorovaných parametrů Uchazeč nabízí obdobné technické řešení, displej o velikosti 19" formát SXGA v rozlišení 1280x1024 se zorným úhlem 160 st ve všech směrech a kontrastem 700:1. Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení ?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel akceptuje řešení s displejem v rozlišení HD 1280 x 1024.

Zadavatel upravil technickou specifikaci (zadavatel doplnil řádek s hodnoceným parametrem typu A, ve kterém se hodnotí rozlišení displeje). Viz bod ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE níže v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 2

V příloze č. 3 Technická specifikace zadavatel požaduje pro patientské modulární monitory a transportní monitor: záznam grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů minimálně 120 hodin. Uchazeč nabízí patientské modulární monitory s trendy 72 hod s rozlišením 10 sekund. Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení ?

ODPOVĚĎ 2

Jelikož je to hodnocený parametr typu C, tak účastník řízení může nabídnout „záznam grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů po dobu 72 hodin“.

Parametry typu C jsou hodnoceny tak, že nabídka, u níž nabízený přístroj vykazuje vlastnost požadovanou zadávacími podmínkami, získá 1 bod a nabídka, u níž nabízený přístroj nevykazuje vlastnost požadovanou zadávacími podmínkami, získá 0 bodů.

DOTAZ 3

V příloze č. 3 Technická specifikace zadavatel požaduje: multiparametrový modul s displejem min 6" , s měřením 3/5 EKG, SpO2, NIBP, 2x NIBP, 2x teplota, hmotnost transportního modulu s displejem maximálně 1,5 kg Uchazeč nabízí multiparametrový modul s velikostí obrazovky 7" s rozsahem měření 3/5/10 EKG, NIBP, 2x teplota, 4x IBP, SpO2 s možností měření tří různých typů s hmotností 1,85 kg. Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení ?

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel akceptuje řešení s displejem 7" a hmotností 1,85 kg. Zadavatel upravil příslušné řádky technické specifikace. Viz bod ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE níže v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace.

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Zadavatel upravil dokument Svazek 3 – Příloha č. 2 – Technické parametry poptávaného zařízení (Technická specifikace, kterou zadavatel předložil v zadávací dokumentaci). Tato nová upravená příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 je závazná pro zpracování nabídky. Původní technická specifikace „Svazek 3 – Příloha č. 2 – Technické parametry poptávaného zařízení (Technická specifikace, kterou zadavatel předložil v zadávací dokumentaci)“ se tímto stává neplatnou.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 20.3. 2023 Čas: 10:00 hodin
Bod IV.2.7) nově	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 20. 3. 2023 Čas: 10:01 hodin

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

Příloha:

Svazek 3 - příloha 2_Formulář_technická_specifikace centrální monitorace a patientské monitory ARO_rev2