

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka bateriového chirurgického systému a vzduchového systému pro MMN a.s.
Identifikační číslo zakázky:	7597
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	MMN, a. s.
Sídlo:	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO:	05421888
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Zadavatel uvádí v příloze zadávací dokumentace - Rekapitulace ceny a Technické parametry popínaných přístrojů ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné požadavek, že nabíjecí baterie musí být autoklávovatelné.

Uchazeč může nabídnout neautoklávovatelné nabíjecí baterie, které se umisťují pouze do stroje a do dobíjecí stanice a jinak nevyžadují žádný další proces.

Bude zadavatel akceptovat nabídku neautoklávovatelných nabíjecích baterií?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel trvá na autoklávovatelných bateriích. Zadávací dokumentace (její příloha Svazek 3 příloha 1) - Rekapitulace ceny a Technické parametry popínaných přístrojů se nemění.