

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Název veřejné zakázky:	Dodávka bateriového chirurgického systému a vzduchového systému pro MMN, a.s.
Identifikační číslo zakázky:	7626
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	MMN, a. s.
Sídlo:	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČO:	05421888
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Zadavatel uvádí v příloze zadávací dokumentace - Svazek 3 - Vzor kupní smlouvy (odstavec VII – Záruční podmínky – bod č. 3):

Záruční servis bude prodávající provádět bezplatně (je již obsažen ve sjednané ceně). Po dobu záruční doby provede prodávající nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru. To vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny, a to ve výrobcem předepsaném intervalu, nejméně 1x ročně. Proávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

Vzhledem ke změně IFU u nabízených přístrojů uchazeče je četnost BTK daná výrobcem nově 1x za 1-2 roky podle typu zařízení.

Bude zadavatel akceptovat i delší intervaly pravidelných technických prohlídek než 1x ročně? Může zadavatel upravit znění kupní smlouvy?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel na znění smlouvy trvá. Pravidelné technické prohlídky budou provedeny v intervalu nejméně 1x ročně.

DOTAZ 2

Zadavatel uvádí v příloze zadávací dokumentace - Svazek 3 - Vzor kupní smlouvy požadavek na provedení instruktáže zdravotnického personálu kupujícího. K uvedenému si dovoluujeme doplnit, že instruktáž obsluhy kupujícího pro užívání v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen ZoZP), je povinnost provádět pouze v případě, kdy povinnost instruktáže stanovil výrobce. U námi nabízených produktů výrobce tuto povinnost nestanovil, a naše společnost tak není schopna/oprávněna provést instruktáž v rozsahu ZoZP. Nicméně pro zajištění maximálního uživatelského komfortu a jistoty operátora poskytujeme školení/seznámení s obsluhou, o kterém bude vydán záznam/certifikát ze školení. Bude zadavatel akceptovat provedení školení/seznámení s obsluhou namísto instruktáže dle ZoZP?

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

ODPOVĚĎ 2

V případě, že výrobce pro nabízené zařízení povinnost instruktáže nestanovil, bude zadavatel akceptovat provedení školení/seznámení s obsluhou, o kterém bude vydán záznam nebo certifikát ze školení.

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100

